



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

**Fundação Oswaldo Cruz**

Vice-Presidência de Pesquisa e  
Coleções Biológicas - VPPCB

## **TERMO DE ACEITE**

Este documento formaliza a prestação de serviços entre o solicitante e um espaço tecnológico de uma das Plataformas da Rede de Plataforma Tecnológica Fiocruz - RPT.

**As análises realizadas pela Plataforma só podem ser utilizadas para Pesquisa.**

Os resultados obtidos pertencem ao usuário. Entretanto, fotos, logos e imagens da Fiocruz ou de qualquer um dos seus Institutos, não podem ser utilizados para fins de divulgação sem autorização formal prévia da Instituição.

A Rede de Plataformas Fiocruz não disponibilizará dados de amostras, análises ou informações de pesquisas realizadas em suas Plataformas para terceiros, assegurando o sigilo entre os usuários e a Rede.

### **1 - CONDIÇÃO PRÉVIA**

O usuário deve ter o cadastro do grupo de pesquisa aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz, disponível em <http://plataformas.fiocruz.br/>.

### **2 - SERVIÇO**

#### **2.1. Local:**

O serviço será realizado mediante utilização do Espaço Tecnológico Plataforma de Análises Moleculares – código RPT 09J – localizado no Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz Manguinhos, Pavilhão Hélio e Peggy Pereira, sala C13 Térreo.

## **2.2. Código e nome do serviço**

### **- P04-028D: Corrida de placa pronta Quantstudio 3 96-wells**

## **2.3. Condições de aceitação e recebimento das amostras**

As placas de PCR em tempo real de 96 poços devem ser de 0,1 mL (Padrão Applied Biosystems Fast, compatíveis com o equipamento 7500 Fast, ViiA7 e Quantstudio). O usuário deve trazer as placas prontas (com todos os reagentes já pipetados), seladas com adesivo óptico ou tampas ópticas. A plataforma dispõe de centrífuga de placas, para a centrifugação antes de colocar no equipamento.

Para a utilização do Robô EpMotion para pipetagem nas placas de 384 poços, o usuário deve trazer os reagentes em tubos compatíveis com o equipamento, além das pipetas compatíveis (consultar previamente a equipe da plataforma).

## **2.4. Entrega/ envio de materiais**

As placas devem ser trazidas diretamente pelo usuário, que irá programar o software do equipamento para sua reação, com o auxílio da equipe da plataforma.

As amostras para diagnóstico serão entregues diretamente à equipe da plataforma, que realizará a checagem em relação aos procedimentos de preparação no momento do recebimento.

## **2.5. Entrega de resultados**

Os resultados das corridas de PCR em Tempo Real (arquivos .eds) serão entregues por e-mail ou diretamente ao usuário, por CD ou Pendrive (fornecido previamente pelo usuário).

Os dados serão armazenados por 6 meses, e ficarão à disposição dos usuários por esse período. A plataforma NÃO se responsabiliza por backups fora desse período.

A equipe de plataformas mantém o sigilo e confidencialidade sobre as informações dos usuários, amostras e dados resultantes dos serviços prestados.

## **3 – CLÁUSULA DE RESERVA**

A Fiocruz, por meio da Vice-presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas tratará das questões não previstas neste Termo, as quais devem ser encaminhadas para a coordenação da Rede pelo e-mail: [plataformas@fiocruz.br](mailto:plataformas@fiocruz.br)

Declaro que li aceito as condições anteriormente apresentadas.