



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Vice-Presidência de Pesquisa e
Coleções Biológicas - VPPCB

TERMO DE ACEITE

Este documento formaliza a prestação de serviços entre o solicitante e um espaço tecnológico de uma das Plataformas da Rede de Plataforma Tecnológica Fiocruz – RPT.

As análises realizadas pela Plataforma só podem ser utilizadas para Pesquisa.

Os resultados obtidos pertencem ao usuário. Entretanto, fotos, logos e imagens da Fiocruz ou de qualquer um dos seus Institutos, não podem ser utilizados para fins de divulgação sem autorização formal prévia da Instituição.

A Rede de Plataformas Fiocruz não disponibilizará dados de amostras, análises ou informações de pesquisas realizadas em suas Plataformas para terceiros, assegurando o sigilo entre os usuários e a Rede.

1 - CONDIÇÃO PRÉVIA

O usuário deve ter o cadastro do grupo de pesquisa aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz, disponível em <http://plataformas.fiocruz.br/>.

2 - SERVIÇO

2.1. Local:

O serviço será realizado mediante utilização da Plataforma de Microscopia Confocal e Eletrônica – código RPT07C – localizada no Instituto Carlos Chagas – Fiocruz Paraná.

2.2. Código e nome do serviço

Serviço: P05-007D – Uso do equipamento (Microscópio eletrônico de varredura Jeol JSM-6010 Plus LA)

2.3. Condições de aceitação e recebimento das amostras

Para o uso do equipamento JSM-6010 Plus LA, as amostras devem ser previamente preparadas para análise por microscopia eletrônica de varredura. As amostras devem ser fixadas com adesivos condutivos (como cola de prata ou fita de carbono) em suportes metálicos próprios para uso no equipamento. Formatos aceitos: suporte cilíndrico de alumínio para MEV, com altura máxima de 10 mm e mínima de 5 mm, e diâmetro máximo de 32 mm; suporte de alumínio com pino para MEV, com pino redondo de diâmetro máximo de 3 mm e altura máxima de 10 mm, e cabeça com diâmetro máximo de 32 mm. Em caso de dúvida, contactar a equipe da Plataforma.

O preparo das amostras é de responsabilidade do usuário, ou deverá ser contratado de forma separada como serviço da Plataforma. Recomenda-se que o usuário entre em contato com a equipe da Plataforma para confirmar as especificações do equipamento e as condições de preparo das amostras.

Amostras consideradas fora do padrão e/ou que possam causar danos ao equipamento ou colocar em risco a equipe da Plataforma não serão analisadas.

2.4. Entrega/ envio de materiais

As amostras serão analisadas na Plataforma de Microscopia Confocal e Eletrônica, no Instituto Carlos Chagas (Rua Algacyr Munhoz Mader, 3775, Bloco C, Plataforma de Microscopia Confocal e Eletrônica. CIC, Curitiba, Paraná).

Os usuários que necessitam de auxílio técnico devem acompanhar a equipe da plataforma durante todo o tempo de uso do equipamento. A equipe da plataforma é responsável pela manipulação do equipamento (microscópio eletrônico de varredura) e aquisição de imagens. A seleção dos campos para aquisição de imagens, a determinação de quantas imagens serão adquiridas e a interpretação de dados são de inteira responsabilidade do usuário.

A manipulação do equipamento sem auxílio técnico será permitida apenas para usuários previamente treinados e autorizados pela equipe da plataforma.

As amostras podem ser enviadas previamente por correio, porém a equipe da Plataforma não se responsabiliza por danos causados no trajeto até a chegada ao local de observação. Casos excepcionais serão avaliados individualmente pela equipe da plataforma.

2.5. Entrega de resultados

A seleção dos campos para aquisição de imagens, a determinação de quantas imagens serão adquiridas e a interpretação de dados são de inteira responsabilidade do usuário.

Os usuários deverão copiar os arquivos adquiridos a partir de um computador específico, indicado pela plataforma, com o uso de pen drive, HD externo ou similares. Casos excepcionais serão avaliados individualmente pela equipe da plataforma.

Os dados serão armazenados por 1 mês e ficarão à disposição dos usuários por esse período. A plataforma NÃO se responsabiliza pelo armazenamento dos dados fora desse período.

A equipe de plataformas mantém o sigilo e confidencialidade sobre as informações dos usuários, amostras e dados resultantes dos serviços prestados.

3 – CLÁUSULA DE RESERVA

A Fiocruz, por meio da Vice-presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas tratará das questões não previstas neste Termo, as quais devem ser encaminhadas para a coordenação da Rede pelo e-mail: plataformas@fiocruz.br

Declaro que li aceito as condições anteriormente apresentadas.