



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Vice-Presidência de Pesquisa e
Coleções Biológicas - VPPCB

TERMO DE ACEITE

Este documento formaliza a prestação de serviços entre o solicitante e um espaço tecnológico de uma das Plataformas da Rede de Plataforma Tecnológica Fiocruz – RPT.

As análises realizadas pela Plataforma só podem ser utilizadas para Pesquisa.

Os resultados obtidos pertencem ao usuário. Entretanto, fotos, logos e imagens da Fiocruz ou de qualquer um dos seus Institutos, não podem ser utilizados para fins de divulgação sem autorização formal prévia da Instituição.

A Rede de Plataformas Fiocruz não disponibilizará dados de amostras, análises ou informações de pesquisas realizadas em suas Plataformas para terceiros, assegurando o sigilo entre os usuários e a Rede.

1 - CONDIÇÃO PRÉVIA

O usuário deve ter o cadastro do grupo de pesquisa aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz, disponível em <http://plataformas.fiocruz.br/>.

2 - SERVIÇO

2.1. Local:

O serviço será realizado mediante utilização do aparelho Citômetro de Fluxo - Attune (RPT08M) do Laboratório de Alta Complexidade, localizado no Instituto Fernandes Figueira (IFF) – Fiocruz Rio de Janeiro

2.2. Código e nome do serviço

P03-020D: Treinamento em Citometria de Fluxo

2.3. Condições de aceitação e recebimento das amostras

Somente serão aceitas amostras previamente marcadas e fixadas, prontas para a aquisição e análise;

- 1) As aquisições podem ser feitas em tubos eppendorf, tubos de citometria e plavas de 96 poços;
- 2) Nosso equipamento possui 2 lasers (488 e 405nm), enquanto que os filtros de emissão instalados são:
 - a. 530/30 (laser 488)
 - b. 574/26 (laser 488)
 - c. 640/LP (laser 488)
 - d. 450/40 (laser 405)
 - e. 522/31 (laser 405)
 - f. 603/48 (laser 405)

2.4. Entrega/ envio de materiais

- 1) Recomenda-se que as placas ou tubos com amostras sejam mantidas refrigeradas e ao abrigo da luz durante o transporte;
- 2) Recomenda-se que as placas possuam controles negativos e positivos para cada fluorocromo/filtro de emissão;
- 3) Todo o processo de aquisição deve ser realizado pelo solicitante mediante treinamento prévio pela equipe da plataforma, realizado previamente;
- 4) Para o aconselhamento e consultoria científica, o solicitante deve planejar previamente os parâmetros e objetivos do seu experimento, como por exemplo: número de amostras, total de eventos a ser adquirido, número de moléculas a serem avaliadas simultaneamente, fluoróforos planejados, grupos controle, cinética de acompanhamento, etc.

2.5. Entrega de resultados

Os resultados serão disponibilizados no site da Rede de Plataformas da Fiocruz e poderão ser baixados exclusivamente pelo grupo de pesquisa que solicitou o serviço. Os arquivos originais estarão em formato FCS e poderão ser analisados pela maioria dos softwares de análise disponíveis.

Os dados serão armazenados por 5 anos e ficarão à disposição dos usuários por esse período. A plataforma NÃO se responsabiliza por backups fora desse período.

A equipe de plataformas mantém o sigilo e confidencialidade sobre as informações dos usuários, amostras e dados resultantes dos serviços prestados.

3 – CLÁUSULA DE RESERVA

A Fiocruz, por meio da Vice-presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas tratará das questões não previstas neste Termo, as quais devem ser encaminhadas para a coordenação da Rede pelo e-mail: plataformas@fiocruz.br

Declaro que li aceito as condições anteriormente apresentadas.